

投标分项报价一览表

项目编号：YLZB-G2018004-2 号

项目名称：医用 X 射线透视系统医疗设备

单位：元

序号	名称	规格及型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
1	组合式高频高压 X 射线源组件	PLX2200	最大功率：5kW、管电压：120kV、连续透视管电流：0.3~4mA、脉冲透视管电流：4.1~30mA、逆变频率 40kHz	套	1	60000	60000	南京普爱
2	电动限束器	PLX2200	虹膜圆形+直线带旋转功能			6000	6000	南京普爱
3	立柱装置	PLX2200	垂直升降范围：≥880mm、焦屏距：1000mm	套	1	32000	32000	南京普爱
4	患者支撑装置	PLX2200	横向移动范围：≥220mm；底盘电动旋转范围：≥±90°	套	1	10000	10000	南京普爱
5	遥控操作台	PLX2200	配置人体图形化液晶触摸屏；采用万能手柄操控机械运动；具备手闸和脚闸双曝光控制器	套	1	23000	23000	南京普爱
6	影像增强器	9 寸	9 寸三视野	套	1	83000	83000	法国泰雷兹
7	超低照度像机	/	100 万像素	套	1	12000	12000	北京嘉恒
8	高清医用 CRT 监视器	PLX2200	中心分辨率大于 1000 线，图像刷新频率 60Hz	套	1	13000	13000	南京普爱
9	图像处理工作站 / 工作站主机	CPU: G2030 及以上、内存: 2GB 及以上	CPU: G2030 及以上、内存: 2GB 及以上、独立显卡: GeForce GT610 及以上、硬盘: 500GB	套	1	18000	18000	戴尔

10	图像处理 工作站/ 图文处理 软件	PLX2200	/	套	1	37000	37000	南京 普爱
11	19 英寸 液晶显示 器	19 寸屏	最佳分辨率: 1280*1024 屏幕尺寸: 19 寸	台	1	8000	8000	戴尔
12	打印机	/	/	台	1	4000	4000	三星
合计		大写: 叁拾万零捌仟元整 小写: 306000.00						

投标人(公章):

投标人法定代表人(或授权代表)签字:

